Université Louis Pasteur - Strasbourg I

THESE

présentée par

Franck Lavaud

pour obtenir

le GRADE de DOCTEUR
DE L'UNIVERSITE DE LOUIS PASTEUR
STRASBOURG I

Sujet :

Etude de la multifragmentation pour le système Au+Au entre 40 et 100 MeV/A : expansion et flot radial

Soutenue le 28 Septembre 2001 devant le jury composé de :

Monsieur N.Rowley	Directeur de Thèse
Monsieur E.Plagnol	Co-Directeur de Thèse
Monsieur B.Tamain	Rapporteur
Monsieur J.Gosset	Rapporteur
Monsieur Ch.Cerruti	Rapporteur
Monsieur L.Tassan-Got	
Monsieur W.Trautmann	Invité
Monsieur W.Reisdorf	Invité

Remerciements

Je tiens à remercier Sydney Galès et Nimet Frascaria de m'avoir offert la chance d'effectuer une thèse l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay mais également, de m'avoir donné les moyens de mener à bien mes travaux de recherche.

J'aimerais aussi dire ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont accepté de faire partie de mon jury de thèse : Monsieur Christian Cerruti en tant que président de ma soutenance, Messieurs Bernard Tamain et Jean Gosset pour avoir accepté d'être les rapporteurs de ce travail ; Messieurs Wolfgang Trautmann, Willis Reisdorf et Laurent Tassan-Got pour leur participation à la soutenance.

Au terme de ces trois années de travail, il est difficile de trouver les mots pour exprimer la reconnaissance que j'éprouve l'égard d'Eric Plagnol, mon directeur de thèse. Il a su, tout au long de ce travail de recherche, être toujours à mon écoute, répondre à mes attentes et me transmettre, le cas échéant, ses connaissances. Qu'ajouter, sinon que si je devais à nouveau faire le choix d'une thèse sous sa direction, je n'hésiterais à aucun moment. Pour toutes ces raisons, Eric a toute ma reconnaissance.

Je tiens également remercier mon co-directeur de thèse, Neil Rowley. Tout d'abord, pour le formidable enseignant de DEA qu'il est, mais également pour avoir su, malgré la distance qui nous séparait, se tenir informé de l'avancement de mes travaux.

Ma reconnaissance va également à l'ensemble des physiciens de la collaboration INDRA. Ils ont su, que ce soit aux travers de nombreuses réunions de collaboration ou lors de discussions, me faire partager leurs solides expériences scientifiques. La diversité des sujets, des approches théoriques ou méthodologiques abordées par cette collaboration furent pour moi extrêmement enrichissantes.

Je ne peux m'empêcher de souligner ma gratitude à l'ensemble du groupe ALADIN parmi lequel j'ai eu la chance de travailler. Je pense en particulier à Wolfgang Trautmann, Walter Muller, Jerzy et Ketel. Ils se sont toujours montrés d'une rare disponibilité. Chacun de mes déplacements à GSI fut pour moi l'occasion de partager leur immense savoir scientifique, pour tout cela Merci. Je tiens à souligner que ce n'est que grâce à cette étroite collaboration que nous avons réussi à obtenir un jeu de données de grande qualité et cela dans des temps tout à fait remarquable.

Je ne saurais oublier mes collègues d'Orsay avec qui j'ai eu grand plaisir à partager ces années de thèse. Je pense tout d'abord aux physiciens du groupe NIM qui ont su m'accueillir formidablement bien. Une amicale pensée pour Alain Brunelle, qui s'est révélé être un extraordinaire chef de groupe. Sans oublier mes chères voisines de bureau : Sylvie Pierre et Claude Cabot, leurs sourires et gentillesses vont me manquer. Mes remerciements seraient incomplets si je ne mentionnais pas : X.Campi, H.Krivine, M.F.Rivet, B.Borderie, P.Roussel, E.Galichet, S.Barbey, R.Bimbot, D.Jacquet, N.Degouy qui se sont toujours montrés d'une très grande disponibilité.

Ces quelques années à l'IPN d'Orsay n'auraient sans aucun doute pas été aussi appréciables sans les membres du groupe PACS. Je ne peux m'empêcher de dire quelques mots pour : Laurent Tassan-Got, une personne de grandes qualités et d'une gentillesse remarquable ; Claude Stephan, toujours joyeux et avec qui il est très agréable de parler ; Fanny Rejmund, une talentueuse et formidable collègue qui va me manquer. Un dernier clin d'oeil pour Laure, Charles Olivier Bacri, Laurent et Sylvain, qui ont su être de merveilleux camarades de route.

Pour terminer cette liste non exhaustive de remerciement, je tiens à adresser toute ma reconnaissance à ma famille, mes parents, ma grand-mère ainsi qu'à mon amie, pour leurs soutiens et leurs amours.

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Chapitre 1

Introduction

La multifragmentation est peut-être l'un des processus les plus remarquables que l'on puisse observer lors de l'étude de collisions nucléaires : partant de deux noyaux lourds, dotés d'une vitesse relative élevée (v$\simeq$c/3), on peut parvenir à la production de cinq à dix fragments de masses intermédiaires (noyaux dont la charge Z est au moins égale à 3, dénommés IMF), associés à plusieurs dizaines de particules légères (neutrons et particules chargées, Z=1, 2 dénommés LCP). Ce processus se distingue donc nettement de ce qui est observé à des énergies relatives proches de la barrière coulombienne où les noyaux détectés, en voie de sortie, sont soit des noyaux proches du projectile ou de la cible, soit des particules légères associées à un résidu de fusion. A haute énergie (E_{inc}>200 MeV/A)[1, 2], le système semble se volatiliser complètement et seules des particules légères sont observées. C'est aux énergies intermédiaires, dit domaine d'énergie de Fermi (20<E_{inc}<100 MeV/A, pour des collisions d'ions lourds de taille comparables) que ces processus de multifragmentation sont observés pour des collisions centrales.

L'étude de ces processus a montré que cette multifragmentation correspondait à une voie de désexcitation privilégiée pour des noyaux possédant des énergies d'excitation élevées. Ainsi, ces processus peuvent être observés non seulement lors de collisions centrales d'ions lourds, mais également lors de collisions proton+noyau (voire anti-proton [3, 4] ou pion+noyau [3]), à condition que des énergies d'excitation suffisamment élevées soient atteintes, typiquement 3 MeV/A. Ces processus peuvent également être observés pour des réactions périphériques entre ions lourds. L'exemple le plus connu de telles études a été apporté par la collaboration Aladin, lors de l'étude de la collision de Au+Au entre 400 et 1000 MeV/A [5, 6] où a été observée la montée et la chute (The Rise and Fall) de la multifragmentation, synonymes de la croissance puis de la décroissance de la multiplicité de fragments observés.

Pour des raisons aussi bien expérimentales que théoriques, les collisions centrales entre ions lourds, dans le domaine de Fermi, restent le domaine privilégié de l'étude de la multifragmentation. Expérimentalement, parce que dans ces conditions, la détermination des tailles et des énergies cinétiques des fragments produits est rendue plus aisée par la cinématique. Au niveau théorique, les collisions centrales entre noyaux lourds permettent l'étude de systèmes de très grandes tailles, produisant des fragments de nature très variée, facilitant leur analyse statistique. La détection simultanée de l'ensemble des produits d'une collision, pouvant comporter plus de 30 LCP et 10 IMF, reste un défi technique important et plusieurs générations de détecteurs ont été nécessaires avant d'arriver à une configuration satisfaisante : le détecteur INDRA, construit par une collaboration de laboratoires français (GANIL (Caen), IPN (Orsay), LPC(Caen) et le DAPNIA(Saclay, CEA)) est un exemple de ce type de détecteurs.

L'intérêt que porte la communauté scientifique à la multifragmentation nucléaire a des raisons profondes. En effet, la similitude entre ces processus de multifragmentation et la physique des transitions de phase est apparue très rapidement. La matière nucléaire est en effet souvent comparée à un liquide en raison de la courte portée de l'interaction nucléaire forte. A température nulle (noyaux dans leur état fondamental), la formule de masse dite de la goutte liquide en est un exemple fameux. A température finie, le mode de refroidissement dit d'évaporation, où des particules légères sont émises pour permettre au noyau de revenir à son état fondamental, poursuit cette analogie. A très haute énergie d'excitation, la vaporisation complète des noyaux est observée : ainsi peut-on comparer cette évolution des processus de refroidissement à une transition de phase entre un état liquide et un état gazeux. L'observation de distributions en taille de fragments en loi de puissance, analogue aux prévisions de la théorie de Fischer [7] complète cette analogie. L'intérêt de l'étude de ces processus nucléaires est amplifié par le fait que, jusqu'à une période récente, seul le domaine nucléaire permettait une étude microscopique des propriétés individuelles (charge, masse, vitesse) des fragments produits et donc une étude fine des caractéristiques du gaz et du liquide ainsi qu'un test précis des théories microscopiques. Aujourd'hui, de telles études sont entreprises dans d'autres domaines (physique atomique, physique des agrégats,...) mais la physique nucléaire conserve des atouts expérimentaux et théoriques indéniables.

La pertinence de cette analogie entre multifragmentation et transition de phase reste débattue [8]. Elle ne sera définitivement établie que lorsque la nature thermodynamique des processus observés sera démontrée, et lorsque certaines quantités fondamentales (température et densité critiques, courbe de coexistence, ...) auront été déterminées. Bien que de nombreux arguments soient apportés (capacités calorifiques négatives [9, 11, 10], courbes caloriques [12, 13], décompositions spinodales [14] ...), une démonstration rigoureuse reste à faire. Celle-ci est rendue complexe par la taille finie (et petite) des systèmes étudiés et par la présence perturbatrice (?) de l'interaction coulombienne à longue portée. Il reste très difficile de déterminer, par exemple, les températures et les densités par lesquelles passe le système étudié avant de multifragmenter.

Au seuil du domaine de Fermi ($\sim$20 MeV/A), les comparaisons des caractéristiques des produits détectés avec les prévisions des modèles statistiques [19, 20, 21, 22, 24, 25] semblent montrer que ces caractéristiques sont déterminées lorsque le système atteint une densité suffisamment faible pour que les fragments n'aient plus d'interaction forte entre eux. C'est le point de *freeze-out*, c'est-à-dire de congélation. Comment ces densités (de l'ordre d'un tiers de la densité nucléaire nominale, ρ_0) sont-elles atteintes ? Deux processus, au moins, sont invoqués : soit via la pression thermique produite par l'échauffement du milieu en raison des collisions nucléon-nucléon, soit par un phénomène de décompression issue de la forte compression résultant de la grande vitesse relative des noyaux incidents. Il est fort probable que ces deux processus agissent en parallèle.

Alors qu'à ces basses énergies, les énergies cinétiques de fragments sont tout à fait compatibles avec les énergies thermiques et coulombiennes correspondant à ces densités, à plus haute énergie incidente ($>$ 40 MeV/A), un excès d'énergie cinétique des fragments est observé [22, 24, 25, 26, 27, 8, 28]. Cet excès, mesuré par rapport aux prévisions des modèles pour des densités de freeze-out de $\rho_0/3$, est dénommé énergie de flot. C'est une énergie qui semble refléter un mouvement collectif dont la valeur, pour un fragment donné, serait proportionnelle à la position de celui-ci par rapport au centre du système : c'est donc une expansion auto-similaire de type de Hubble. Il faut noter que ce type d'expansion ne peut pas être distingué d'une expansion coulombienne émanant d'une éventuelle compression initiale forte. Provenant de cette compression initiale, cette énergie de flot pourrait être considérée comme une mémoire de l'évolution du système avant d'atteindre le point de freeze-out. Pourrait-elle donc apporter une certaine connaissance de la trajectoire, dans le plan T-ρ, que suit le système, entre le point initial de thermalisation et la configuration de freeze-out ?

La pertinence de ce type de question est confirmée par les résultats des études récentes menées par X.Campi, H.Krivine et N.Sator [29]. Utilisant des calculs de Dynamique Moléculaire Classique (CMD) pour des systèmes non chargés, ils ont étudié les propriétés des clusters dans des milieux thermalisés. Contrairement aux hypothèses faites par les modèles thermodynamiques usuels (qui supposent, par exemple, des fragments sphériques à densité nominale, limitant ainsi les densités de freeze-out accessibles), ils ont montré que la notion de clusters pouvait être étendue à des milieux denses (ρ>0.3) et que la distribution en taille de ces clusters ne dépendait que de l'énergie totale du système. La notion de freeze-out pourrait ne pas être limitée à des densités faibles. Encore faudrait-il alors comprendre l'évolution dynamique du système entre ce point de haute densité et le point où l'interaction forte cesse d'agir.

Eclairer ces problèmes, essentiels pour la compréhension des phénomènes de transition de phase dans des milieux de tailles finies et isolés, ne peut se faire qu'en disposant de données couvrant le domaine où apparaît cette énergie de flot. Pour constituer un ensemble de données de qualité, la collaboration *INDRA* a décidé, en collaboration avec le groupe ALADIN du GSI, d'effectuer une campagne de mesures, utilisant l'accéléteur SIS de GSI pour étudier les systèmes Xe+Sn et Au+Au entre 40 et 250 MeV/A et C+Au entre 100 et 1800 MeV/A. Ces mesures ont été effectuées entre 1997 et 1999.

Le travail de cette thèse, consacrée au système Au+Au entre 40 et 100 MeV/A, recouvre donc la période de la prise des données, la réduction des données recueillies, c'est-à-dire la conversion des informations électroniques issues du détecteur en données physiquement significatives, et une première analyse physique basée sur l'idée que les collisions centrales sont le siège d'une multifragmentation statistique. Que ceci ait été possible dans un délai relativement court n'est dû qu'à l'effort concerté de ces deux collaborations.

L'exposé de cette thèse suit un plan naturel. Une première partie expose les résultats consacrés à la réduction des données dont j'ai été chargé. A la suite de cela, j'expose les méthodes utilisées pour sélectionner les collisions centrales. Le partie suivante présente les résultats de l'analyse de ces données avec le modèle statistique SMM : de cette analyse seront extraits la taille des systèmes, leurs énergies thermiques et leurs énergies de flot qui constituent les résultats expérimentaux essentiels de cette thèse. La dernière partie exposera les remarques et les réflexions issues de calculs CMD que nous avons effectués, afin de discuter la validité de certaines hypothèses des modèles statistiques que nous avons utilisés dans notre analyse, notamment entre autres la signification du freeze-out et l'origine des énergies de flot.

Chapitre 2

Le dispositif expérimental

La réalisation du multidétecteur *INDRA* [33, 34] avait pour objectif essentiel de répondre à des attentes précises concernant l'étude de noyaux chauds : processus de désexcitation, étude du phénomène de compression-expansion, transition de phase dans la matière nucléaire. Tous ces champs d'investigation se devaient d'être traités. Aussi, la conception du multidétecteur *INDRA* fut l'objet d'une attention toute particulière. Dans les paragraphes suivants, nous rappellerons succinctement les techniques expérimentales existantes, puis nous enchaînerons sur un descriptif du dispositif expérimental d'*INDRA*.

2.1 Origine et historique du multidétecteur INDRA

2.1.1 Présentation des instruments de détection avant la conception d'INDRA : Avantages et inconvénients

Pour une meilleure compréhension des mécanismes de réaction entrant en jeu lors de collisions entre ions lourds, il est apparu rapidement nécessaire d'être capable de détecter l'ensemble des produits émis. C'est pourquoi, parallèlement aux progrès technologiques, des détecteurs 4π ont vu le jour [35]. Dans un premier temps, ces études furent focalisées sur la détection de neutrons. L'un des avantages de ce type de dispositif expérimental est sa capacité à comptabiliser les neutrons émis, ceci grâce sa couverture angulaire. Il n'est pas certain que les réactions les plus dissipatives soient associées aux multiplicités de neutrons les plus importantes. En effet, les particules chargées jouent un rôle essentiel et la multiplicité des neutrons ne constitue ainsi qu'une information partielle. Pour y remédier le multidétecteur Détecteur Modulaire de Neutron (*DEMON* [36]) a été réalisé. Il a été possible de déterminer les spectres en énergie cinétique des neutrons grâce à la méthode de temps de vol, technique que nous aborderons dans le paragraphe suivant. Des problèmes de diaphonie entre compteurs, ainsi que la nécessité de grandes valeurs pour la base de vol, ont conduit à limiter la surface de détection à quelque pour cent.

Ces incompatibilités rendent difficile la prise de mesures des caractéristiques cinétiques ainsi que la multiplicité des neutrons émis.

Parallèlement au développement de ces détecteurs à neutrons, des détecteurs de particules chargées ont été développés à l'ISN de Grenoble (Amphora [37]) ainsi qu'à Saint-Louis aux USA (Miniball [38]). Grâce à l'expérience acquise avec ces détecteurs, une nouvelle génération de détecteur 4π, pour particules chargées, a pu voir le jour. *INDRA* en est un exemple.

Dans la plupart des cas, la caractérisation des fragments émis s'effectue selon l'une des techniques suivantes : soit en considérant les pertes d'énergie ΔE-E, soit à partir des temps de vol ΔE-Temps, ou bien encore en utilisant un champ magnétique séparant les fragments en fonction de leur charge et de leur vitesse. Dans le premier cas, il est impératif que les noyaux s'arrêtent dans le détecteur, permettant ainsi de déterminer correctement leur énergie incidente et leur charge. La technique de temps de vol consiste à mesurer, sur une longueur l, la durée de vol ainsi que l'énergie de la particule considérée, de cette manière la masse peut être obtenue. Notons qu'une bonne résolution en masse, aux alentours du noyau de calcium, nécessite à 50 MeV/A une base de temps de vol très importante, ceci interdit alors l'utilisation de cette méthode pour des détecteurs 4π.



FIG. 2.1 – Dispositif expérimental ALADIN

L'identification en masse peut également s'effectuer à l'aide d'un champ magnétique. Le rayon de courbure dépend de la masse du fragment considéré et du champ appliqué. Cette dernière technique, ainsi que l'analyse basée sur le temps de vol, ont été utilisées dans de nombreuses expériences telles que *FOPI* [42] et *ALADIN* [43] (*Fig.* 2.1). Un point important à souligner concerne la gamme en énergie considérée : il s'agit du GeV.

Dans le cas d'INDRA, pour étudier les caractéristiques physiques des noyaux chauds, nous nous plaçons en dessous de 200 MeV/A. Dès lors, il devient envisageable de mesurer directement la perte d'énergie en s'appuyant sur la méthode ΔE-E.

2.1.2 Le multidétecteur *INDRA* : Les principes de sa conception

Le multidétecteur *INDRA*, acronyme d'Identification de Noyaux avec Détection et Résolution Accrue, est né de l'expérience acquise auprès des premiers détecteurs 4π et d'une collaboration entre différents laboratoires de recherche : le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (Caen), le Laboratoire de Physique Corpusculaire (Caen), les Instituts de Physique Nucléaire de Lyon et d'Orsay ainsi que le DAPNIA (CEA-Saclay). Cet échange de savoir-faire a permis de doter le détecteur *INDRA* de caractéristiques essentielles :

- Couverture angulaire de 90% de l'espace
- Granularité optimale :
  A l'aide de simulation numérique, il a été possible de déterminer la granularité optimum d'*INDRA*. Partant d'une multiplicité en particules légères de ∼40 et de ∼10 pour les ions lourds, la granularité a été déterminée suivant un taux de détection multiple ne devant pas excéder 5%. Soulignons que l'augmentation du nombre de détecteurs, outre son coût financier non négligeable, conduit à un accroissement des zones mortes (parois séparant les cellules de détection). Dès lors, des simulations de réactions ont été effectuées en considérant différentes configurations de détection. Ces études ont permis d'aboutir à un compromis entre le nombre de détecteurs à utiliser et la limitation du nombre de coups dans un même détecteur.
- Large gamme en énergie :
  Du fait de la gamme en énergie incidente (de 10 MeV/A à 150 MeV/A) et des énergies d'excitation des noyaux produits (du MeV au GeV), de nombreux mécanismes de réaction sont possibles. Les énergies cinétiques des produits à détecter couvrent également une large gamme, allant des produits presque à l'arrêt dans la cible à ceux ayant la vitesse du projectile, voire au delà. Le détecteur *INDRA* a donc été conçu pour détecter des noyaux avec un seuil de 1 MeV/A et des particules ayant des énergies pouvant atteindre 150 MeV/A.
- Gamme étendue d'identification en charge :
  L'identification en charge d'*INDRA* couvre une large gamme en charge (des protons jusqu'à Z≃79) et une gamme plus limitée en masse, uniquement pour les fragments très légers ($Z \leq 6$), ayant une énergie cinétique minimum de ∼6 MeV/A.

2.2 Caractéristiques générales du multidétecteur INDRA

Les caractéristiques d'*INDRA* font de ce détecteur un outil particulièrement adapté à l'étude des noyaux chauds pour les collisions centrales ayant des énergies de 20 à 100 MeV/A. En raison de la vitesse d'entraînement du faisceau et de la nécessité de détecter tous les noyaux émis lors d'une collision entre le projectile et la cible, la géométrie d'INDRA est en forme de goutte d'eau à symétrie axiale (*Fig.* 2.2).



FIG. 2.2 – Schéma de la géométrie d'INDRA (symétrie axiale suivant l'axe du faisceau).

INDRA est basé sur la méthode de perte d'énergie ΔE-E, cette technique impose alors une géométrie de détection adaptée. Dans le cas de ce détecteur, il a été choisi de réaliser un empilement de modules. L'ensemble forme une chaîne de détection complète (*Fig.* 2.3). Sa conception en 17 couronnes facilite l'accès à ses modules, ainsi qu'à son électronique (*Fig.* 2.4), chacune d'entre elles correspond à un domaine angulaire précis.



FIG. 2.3 – Décomposition d'une chaîne de détection d'INDRA. Trois types de détecteurs sont couplés : les chambres d'ionisation, les silicium (300 μm) et les détecteurs à iodure de césium (CsI).

Parmi ces couronnes, il est possible de distinguer trois zones angulaires :

- De 2^o à 3^o , la couronne 1 est composée de 12 secteurs (*Fig.* 2.2). Chaque secteur forme un module de détection. Un module est constitué d'un détecteur silicium (Si 300 μm) couplé à 1 scintillateur à iodure de césium (CsI).
- De 3^o à 45^o , les couronnes 2 à 9 se divisent en 12 secteurs (ex : *Fig.* 2.6). A la différence de la couronne 1, en amont des silicium, est ajoutée une chambre d'ionisation (*Fig.* 2.3).
- De 45^o à 176^o , les couronnes 10 à 17 sont différentes de la chaîne de détection précédente : elles ne possèdent pas de détecteur silicium (*Fig.* 2.6).

Dans le paragraphe suivant, nous préciserons les caractéristiques techniques de ces détecteurs. Soulignons que la nécessité de laisser passer le faisceau et le porte cible conduit à introduire des zones mortes dans la zone de détection (notamment entre 0^o et 2^o , 88^o et 92^o et 176^o à 180^o). Les structures métalliques supportant les détecteurs s'associent également à des zones mortes. Ainsi, ce système de détection compte :

- 96 chambres d'ionisation.
- 192 détecteurs silicium de 300 μm.
- 336 détecteurs CsI.
- 8*2 détecteurs étalons.

L'ensemble est placé dans une enceinte sous vide.



FIG. 2.4 – Schématisation d'une coupe transversale d'INDRA.



FIG. 2.5 – Couronnes 2 et 3.



FIG. 2.6 – Couronnes 8 à 12.

2.3 Présentation des détecteurs et de leur électronique

Le détecteur *INDRA* a été conçu dans l'optique d'un système de détection basé sur la méthode en perte d'énergie. De plus, il doit tenir compte de la cinématique et de la multiplicité des produits de désexcitation. Comme expliqué précédemment, l'emploi de la méthode ΔE-E implique que tous les fragments ou particules détectés soient arrêtés dans le détecteur, si tel n'est pas le cas il devient très difficile de déterminer l'énergie totale incidente de ces derniers. Le choix des détecteurs est guidé par la nécessité d'un pouvoir d'arrêt important et d'une bonne résolution en énergie. Le détecteur se doit d'être capable de séparer isotopiquement les particules légères. Dans le cas d'*INDRA*, trois types de détecteurs ont été retenus : les chambres d'ionisation (chio), les silicium (Si) et les scintillateurs à iodure de césium (CsI) couplés à des photomultiplicateurs (*Fig.* 2.3).

Nous allons maintenant décrire les caractéristiques générales de ces détecteurs.

2.3.1 Les chambres d'ionisation

Un détecteur à gaz, telle une chambre d'ionisation, est constitué d'une enceinte remplie d'un gaz ayant un potentiel d'ionisation élevé soumise à un champ électrique. Lorsqu'une particule et/ou un fragment chargé pénètre dans ce détecteur, ils perdent de l'énergie en ionisant sur leur passage les atomes du gaz. Comme l'enceinte de détection est soumise à un champ électrique, les électrons libérés migrent vers l'anode. Pour une particule donnée, le nombre de charges collectées dépend de la différence de potentiel ΔV entre l'anode et la cathode. Il est possible d'observer différents régimes de fonctionnement suivant la gamme en ΔV choisie (*Fig.* 2.7).



FIG. 2.7 – Gamme de fonctionnement : chambre d'ionisation (région B), compteur proportionnel (région C), compteur Geiger Muller (zone E).

Pour des tensions ΔV faibles (région A), les ions peuvent se recombiner entre eux avant d'atteindre les parois du détecteur. Dans la région B, les ions ont peu de chance de se recombiner, cette gamme correspond au fonctionnement d'une chambre d'ionisation. Au-delà de cette zone, les électrons sont capables d'ioniser à leur tour d'autres molécules du gaz, amplifiant fortement le signal d'origine. Nous parlons alors de compteur proportionnel.

Caractéristiques du détecteur

L'ensemble de 96 chambres d'ionisation constitue le premier étage de détection d'*INDRA*. Elles permettent d'identifier les fragments les plus lourds et les moins rapides. Le gaz utilisé est le C_3F_8. Ce gaz est contenu entre deux feuilles de Mylar aluminisé distantes de 5 cm et épaisses de 2.5 μm. Il a été choisi pour sa non-toxicité et son poids moléculaire de 188 g/mol. La possibilité de l'utiliser sous de faibles pressions (50 mbar pour les couronnes 2 à 7, 30 mbar pour les autres) a permis d'accéder à des seuils en énergie de l'ordre de 1 MeV/A.

Un champ axial est appliqué entre l'anode (fenêtre de sortie) et la cathode (fenêtre d'entrée). Des grilles (fils de Cu-Be de 50 μm espacés de 5 mm) ont été ajoutées afin de corriger les effets de bord perturbant le champ électrique de la chambre d'ionisation.

Comme pour tous les détecteurs, il faut être conscient des risques de dégradation de l'information recueillie. Dans le cas des chambres d'ionisation d'*INDRA*, une forte source de bruit, dégradant le signal final, provient des électrons émis lors de la traversée de la cible par les noyaux du faisceau incident. Afin de collecter ces derniers, un gradient de potentiel, entre le porte cible et le système de détection, doit être appliqué. Cette différence, de l'ordre de 50 kV, permet de limiter le nombre d'électrons atteignant les chambres d'ionisations. Il est à noter que cette valeur de potentiel a une efficacité limitée aux grandes énergies incidentes ($\geq$ 100 MeV/A).



FIG. 2.8 – Chambre d'ionisation, couronnes 4 et 5.



FIG. 2.9 – Chambre d'ionisation, couronnes 8 à 12.

Les chambres d'ionisation sont réparties de la façon suivante :

- De 3^o à 27^o , chaque couronne est divisée en 12 chambres ou cellules indépendantes. Des regroupements par paire de couronnes sont réalisés : chaque cellule de gaz est commune à 2 couronnes. Le gaz est commun à toutes les cellules d'une même paire de couronnes (*Fig.* 2.8).

– Au-delà de 27^o (couronne 7), deux structures mécaniques sont assemblées : un sous-ensemble de détecteurs allant de 27^o à 88^o , puis un second de 92^o à 176^o (*Fig.* 2.9). A la différence de la partie avant, chaque ensemble se décompose en 8 chambres ayant chacune une circulation de gaz et une cathode commune, alors que l'anode est indépendante pour chaque cellule.

2.3.2 Les détecteurs silicium

Le multidétecteur *INDRA* dispose de 192 détecteurs silicium à jonction p-n de 300 μm d'épaisseur. Ils constituent le deuxième étage de détection pour la partie avant du détecteur ($2^o \leq \theta \leq 45^o$). Du fait du nombre important d'ions lourds attendus dans cette région, la granularité de détection est augmentée. A chaque chambre d'ionisation est associée un silicium , divisé en 3 ou 4 zones indépendantes, minimisant les zones mortes et augmentant la granularité. Notons que seul le tour de la pastille de silicium (0.7 mm) est à considérer comme un espace de détection perdu, réduisant l'efficacité géométrique à 94% de l'espace couvert par les silicium.

Le principe de fonctionnement

Dès qu'une particule chargée pénètre dans le détecteur silicium, des paires électron-trou sont créées par ionisation. La collecte de la totalité de celles-ci génère aux bornes du détecteur un signal électrique dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie déposée par la particule incidente. Afin d'accroître l'efficacité de collection e^--t, une région sensible est réalisée. Celle-ci est vide de porteurs libres. Il y règne un champ électrique capable de séparer et de drainer les porteurs libres créés vers les électrodes de collecte. Deux solutions permettent de satisfaire ces conditions : la première emploie un matériau de très haute résistivité qui se comporte comme une chambre à ionisation solide et homogène ; la seconde utilise une diode (jonction p-n), qui est polarisée en inverse de manière à produire une zone de charge d'espace. Cette dernière solution a été adoptée pour *INDRA*.

Afin de minimiser les effets de diaphonie entre la chambre d'ionisation et le silicium, une particularité technique a été mise en oeuvre : les jonctions sont montées en inverse par rapport à la conception usuelle en jonction p-n. La partie avant du silicium est connectée à la masse (partie à proximité de l'anode de la chambre d'ionisation), et la face opposée est portée à $V_{pol} \simeq$ -30 Volts pour les couronnes 6 et 7 et -50 Volts pour les autres couronnes.

Ce type de détecteur [30] comporte des avantages mais aussi quelques inconvénients :

En comparaison avec une chambre d'ionisation, pour une même perte d'énergie, la jonction possède un pouvoir d'arrêt beaucoup plus important (détecteur solide). En conséquence, il devient envisageable de stopper complètement des particules chargées, notamment des particules légères tels que des protons d'une dizaine de MeV, et cela dans une épaisseur de détection de quelque millimètres. Nous pouvons ainsi atteindre une résolution de quelque MeV pour une énergie totale de fragment ou de particule, car l'énergie nécessaire à la formation d'une paire électron-trou est de l'ordre de 2.2 eV. A perte d'énergie égale, le détecteur silicium est capable de collecter plus de charge. L'une des conséquences directes en est la diminution des fluctuations statistiques, en $\sqrt{N}$ où N correspond au nombre d'événement, ce qui améliore sensiblement la résolution en énergie du détecteur. Il est important de garder à l'esprit que si nous avions considéré un détecteur à gaz, nous aurions une résolution dix fois plus faible que celle obtenue par un détecteur silicium. Ces deux aspects, efficacité et résolution, font du détecteur silicium un outil performant (et précieux) pour la reconstruction et l'identification des produits émis lors d'une réaction de multifragmentation.

En contrepartie, pour des ions lourds, des effets de défaut de collection de charge apparaissent. Nous reviendrons plus précisément sur ce point dans le prochain chapitre portant sur la calibration en énergie des détecteurs.

2.3.3 Électronique associée aux chambres d'ionisation et aux silicium

En raison de la faible amplitude de certains signaux, en sortie des chambres d'ionisation et des silicium, des préamplificateurs sont installés à proximité de ces détecteurs. Le principal intérêt de ce dispositif est de minimiser le bruit électronique s'ajoutant au signal d'origine lors de son transport. Ce signal est acheminé jusqu'à un amplificateur qui a pour tâche d'augmenter le signal tout en réduisant le bruit électronique par filtrage. Dans le cas d'*INDRA*, au lieu d'utiliser un grand gain pour exploiter les faibles signaux en sortie, des amplificateurs à faible gain générant de très faibles bruits ont été développés [31].

Afin qu'accidentellement aucun fragment ou particule ne soit éliminé, le système de déclenchement de l'acquisition (ou TRIGGER) est asynchrone et requiert des temps de décision extrêmement courts. Dans le prochain paragraphe, nous aborderons en détail ce premier point. Concernant le second aspect, *INDRA* dispose de deux types d'amplificateurs : un rapide et un lent. Le premier est destiné au TRIGGER tandis que le second est dirigé vers un codeur en charge (QDC).

Pour prendre en compte une large gamme en énergie et une bonne résolution de détection, deux chaînes d'intégration sont présentes au niveau des QDC : sortie *grand gain* et sortie *petit gain*. La première permet de coder les événements jusqu'à 4 GeV, avec une précision de 1 MeV/canal. La seconde est amplifiée d'un facteur 16, le codage s'effectuant jusqu'à une énergie de 250 MeV avec une résolution de 60 keV/canal.

2.3.4 Les iodure de césium : CsI

Le dernier étage de détection d'*INDRA* doit être absolument capable d'arrêter tous les fragments ayant atteint ce niveau dans le détecteur. Des scintillateurs à iodure de césium ont été choisis pour leur grand pouvoir d'arrêt. L'épaisseur des CsI a été déterminée en fonction de l'énergie maximale des protons émis et en tenant compte des collisions nucléaires autour de 100 MeV/A. L'épaisseur résultante pour *INDRA* est comprise entre 50 mm et 140 mm [66]. Le multidétecteur *INDRA* est ainsi pourvu de 336 scintillateurs à iodure de césium.

Principe de fonctionnement

Dès qu'un fragment, une particule chargée, ou un photon traverse ce détecteur, les molécules qui constituent le milieu de détection sont excitées. Puis, par fluorescence, celles-ci se désexcitent rapidement en émettant des photons. Ce type de dispositif expérimental est couplé à un photomultiplicateur (PM), lui-même associé à une photocathode. Ce dispositif permet aux photons de produire des photoélectrons qui seront par la suite multipliés et accélérés, à l'aide d'un ensemble de dynodes. Le signal final mesuré à l'anode est alors proportionnel, pour une particule donnée, à l'énergie de la particule détectée (*Fig.* 2.10). Un des grands avantages des détecteurs CsI (Tl) est que la forme du signal, en fonction du temps, dépend à la fois de l'énergie, de la charge et de la masse de la particule détectée.



FIG. 2.10 – Schéma d'un photomultiplicateur (PM).

Afin d'éviter la transmission de lumière vers l'extérieur du détecteur, les surfaces des cristaux sont recouvertes de téflon (pour la partie arrière) et de mylar aluminisé (face latérale). Ceci évite de générer des perturbations sur d'autres détecteurs.

Un des inconvénients majeurs de ce type de détecteur provient de la non-linéarité du signal mesuré en fonction de l'énergie du fragment détecté. Il est très délicat de dépasser une identification en charge excédant 4.

2.3.5 Électronique associée aux CsI

A l'inverse des chambres d'ionisation, les CsI ne nécessitent pas de préamplificateurs ni d'amplificateurs, la présence de photomultiplicateur y remédiant. Ils disposent de codeur en charge, mais dans ce cas, le TRIGGER ne délivre pas une unique porte en temps. L'intégration du signal se fait par l'intermédiaire de deux portes : la première d'une durée de 400 ns, la seconde de 1.5 μs, 1200 ns plus tard. Nous parlerons alors d'intégration rapide et lente (*Fig.* 2.11). La combinaison de ces deux mesures sera utilisée pour l'identification en charge ainsi que pour la mesure de l'énergie.



FIG. 2.11 – Décomposition du signal en sortie des détecteurs CsI en signaux lent et rapide.

2.3.6 Les télescopes étalon

Afin de calibrer au mieux la non-linéarité des CsI [41], des télescopes étalon sont installés à l'arrière du détecteur (la partie avant disposant d'un étage de détecteur silicium). A chaque couronne est ajouté un détecteur silicium de 80 μm d'épaisseur, suivi d'un Si(Li) de 2 mm (*Fig.* 2.12) [79].



FIG. 2.12 – Structure d'assemblage des détecteur étalons.

2.4 Hiérarchie générale de la chaîne électronique

L'un des éléments clef d'un dispositif de mesure comme *INDRA* est son système de déclenchement (TRIGGER). Ce système doit être capable de traiter l'ensemble des signaux analogiques lui parvenant (336 cellules de détection), lesquels peuvent être d'origines très diverses : rayons cosmiques, diffusion élastique ou quasi-élastique, multifragmentation, mais également de tenir compte des temps morts entre deux acquisitions.

En raison de la sensibilité des détecteurs et des fluctuations électroniques sur les mesures (ex : électrons provenant de la cible), il peut se produire que certains détecteurs se déclenchent sans que rien, au niveau de la physique, ne nous intéresse. Typiquement, un mauvais fonctionnement d'un détecteur pourrait entraîner une telle situation. Dans le cadre de notre étude, de tels événements ne doivent donc pas être retenus. En conséquence, le système de déclenchement doit être capable d'extraire du bruit ambiant les événements physiques exploitables.

Un deuxième élément clef du système de déclenchement concerne le temps de décision. Pour *INDRA*, il a été décidé d'utiliser un mode de déclenchement asynchrone. Celui-ci offre l'avantage de ne pas perdre d'événements qui pourraient être détectés avant que la chaîne d'acquisition ait terminé son traitement de codage. Pour ce faire, l'intégration des signaux est réalisée automatiquement même si l'information recueillie n'est pas physiquement intéressante. C'est le TRIGGER qui se charge de retenir ou non les signaux collectés.

Le schéma 2.13 illustre le principe de fonctionnement du système d'acquisition d'*INDRA*. Pour les chambres d'ionisation et les détecteurs silicium, le principe est le suivant : la